

通过

## 药学院政府采购合同履约验收报告

项目名称：郑州大学药学院、药物研究院、药物安全性评价研究中心科研设备采购项目

资金来源：学科经费 合同金额：259.6万元

中标供应商：郑州士林实验设备有限公司

组织单位：资产与财务部

验收工作组：资产与财务部、审计处、规划与学科建设部

技术专家：陈帅印、王时征

根据河南省财政厅豫财购【2010】24号文件要求，2025年2月14日，由资产与财务部牵头，抽取技术专家和有关部门人员组成验收工作组，对该项目进行了合同履约验收。

一、依据政府招标采购“合同编号：“豫财招标采购-2024-934”合同中涉及仪器设备的名称、规格型号、数量、产地、备品备件、文本资料等，已经由药学院技术人员进行了核对、检验。设备安装调试后，使用单位组织技术人员进行了初步验收，提交了初步验收合格报告。

二、验收专家组听取了项目使用单位的情况汇报；复核了项目招标文件、投标文件和合同内容；查看了文本资料；现场核对、测试了仪器设备。

三、工作组在验收中，发现：

1. 流交分析仪性能技术参数测试数据不完善；

2. 部分设备缺少装箱单；

3. 供货分项表中序列号4、5设备未按合同要求免税，缺少产品型号规格证明材料；

本次验收仪器设备的名称、数量与合同基本相符。

四、验收工作组建议：

针对以上问题进行逐项整改，满足条件后，本次验收的项目予以通过验收。

采购单位项目负责人：陈帅印

采购单位主管领导：王时征

采购单位监督人：王双林

采购单位签章：药学院

验收工作组签名：

陈帅印 王时征 王双林  
王磊 王君丽 张振东

中标供应商项目负责人：李佩宁

2025年2月14日

# 验收整改报告

项目名称：郑州大学药学院、药物研究院、药物安全性评价研究中心科研设备采购项目，项目编号：豫财招标采购-2024-934，整改情况如下：

## 一、首次验收中发现的问题：

- 1.流变分析仪性能技术参数测试数据不完善。
- 2.部分设备缺少装箱单。
- 3.供货分项表中序列号4、5设备未按合同要求免税，缺少产品型号规格证明材料。

## 二、整改措施及内容：

- 1.流变分析仪，性能测试报告中，已完善“流动曲线、粘度曲线、粘温曲线、流动模型拟合屈服应力、应变扫描、频率扫描、时间扫描/温度扫描”数据。
- 2.已完善“药物毒理实验仪”设备装箱单。
- 3.供货分项表中序列号4、5设备未按合同要求免税，已说明情况并签署“补充协议”，附原合同后。另其产品型号规格说明书，已提供。

## 三、整改结论：

经过整改，郑州大学药学院、药物研究院、药物安全性评价研究中心科研设备采购项目已符合合同要求。

供货商签字：李佩宁

盖章：



项目单位签字：孟海刚



专家审核签字：陈中印

日期：2024年6月10日