

同上顺延

材料科学与工程学院政府采购合同履行验收报告

项目名称：郑州大学材料科学与工程学院高温极端环境敏感材料与器件平台采购项目

资金来源：学科经费 合同金额：143.88 万元

中标供应商：郑州思达迪科学仪器有限公司

组织单位：资产与财务部

验收工作组：资产与财务部、审计处、规划与学科建设部

技术专家：梁政勇、韩东方

根据河南省财政厅豫财购【2010】24号文件要求，2025年2月21日，由资产与财务部牵头，抽取技术专家和有关部门人员组成验收工作组，对该项目进行了合同履行验收。

一、依据政府采购“合同编号：“豫财招标采购-2024-986”合同中涉及仪器设备的名称、规格型号、数量、产地、备品备件、文本资料等，已经由材料科学与工程学院技术人员进行了核对、检验。设备安装调试后，使用单位组织技术人员进行了初步验收，提交了初步验收合格报告。

二、验收专家组听取了项目使用单位的情况汇报；复核了项目招标文件、投标文件和合同内容；查看了文本资料；现场核对、测试了仪器设备。

三、工作组在验收中，发现：

(1) 性能测试报告数据（直流溅射电源、无油分子泵）数据不完善；

(2) 操作培训记录不完善，缺少交接货清单；

(3) 验收文本资料不齐全（初步验收报告日期与实际状况不符）、验收资料页码、图片有误等；

本次验收的仪器设备名称、型号规格、数量与合同基本相符。

四、验收工作组建议：

针对以上问题进行逐项整改，满足条件后，本次验收的项目予以通过验收。

采购单位项目负责人： 张明

采购单位主要领导： 刘心

采购单位监督人： 王

采购单位签章： 

验收工作组签名： 梁政勇 韩东方 马双林

王树英 王君丽 袁哲新

中标供应商项目负责人： 黄

2025年2月21日

验收整改报告

项目名称：郑州大学材料科学与工程学院高温极端环境敏感材料与器件平台采购项目，项目编号：豫财招标采购-2024-986，整改情况如下：

一、首次验收中发现的问题：

- 1、性能测试报告数据（直流电源、无油分子泵）数据不完善；
- 2、操作记录不完善，缺少交接货清单；
- 3、验收文本资料不齐全（初步验收报告日期与实际不符）、验收页面、图片有误；

二、整改措施及内容：

- 1、已完善直流电源、无油分子泵性能测试报告数据；
- 2、已完善培训记录，提供货物交接单；
- 3、已补签初步验收报告日期，修改验收资料页码、图片等；

三、整改结论：

经过整改，郑州大学材料科学与工程学院高温极端环境敏感材料与器件平台采购项目已符合合同要求。

供应商签字：_____

盖章：



项目单位签字：_____

盖章：



专家审核签字：_____

日期：2025.2.26