

1月15日

# 中原关键金属实验室政府采购合同履行验收报告

项目名称：郑州大学中原关键金属实验室（郑州大学）全自动原位拉伸显微表征系统采购项目

资金来源：科研经费 合同金额：369.8万元

中标供应商：河南新知仪器设备有限公司

组织单位：资产与财务部

验收工作组：资产与财务部、审计处

技术专家：陈加福、高有斌

根据河南省财政厅豫财购【2010】24号文件要求，2025年2月25日，由资产与财务部牵头，抽取技术专家和有关部门人员组成验收工作组，对该项目进行了合同履行验收。

一、依据政府采购“合同编号：“豫财招标采购-2024-1101”合同中涉及仪器设备的名称、规格型号、数量、产地、备品备件、文本资料等，已经由中原关键金属实验室技术人员进行了核对、检验。设备安装调试后，使用单位组织技术人员进行了初步验收，提交了初步验收合格报告。

二、验收专家组听取了项目使用单位的情况汇报；复核了项目招标文件、投标文件和合同内容；查看了文本资料；现场核对、测试了仪器设备。

三、工作组在验收中，发现：1、缺少测试样品拉伸组织结构数据；2、性能测试报告不完善；3、缺少软件知识产权交接证明；4、交接货清单不完善、测试时间与实际情况不符。

设备的名称、型号规格、数量与合同基本相符。

## 四、验收工作组建议：

针对以上问题进行逐项整改，符合合同规定后，本合同的设备予以通过验收。

采购单位项目负责人： 李磊

采购单位主管领导： 张永红

采购单位监督人： 李高亮

采购单位签章：

验收工作组签名：

陈加福 高有斌 马双林

李高亮 傅峰

中标供应商项目负责人： 樊瑞阳

2025年2月25日

# 中原关键金属实验室郑州大学中原关键金属实验室（郑州大学）全自动原位拉伸显微表征系统采购项目整改情况说明

整改内容及结果总体简要概述

整改内容如下：

- 1.缺少测试样品拉伸组织结构数据
- 2.性能测试报告不完善
- 3.缺少软件知识产权交接证明
- 4.交接货清单不完善、测试时间与实际情况不符

整改结果如下：

- 1.已补充测试样品拉伸组织结构数据，见附件 1
- 2.已补充性能测试报告，见附件 2
- 3.已提供软件知识产权交接证明，见附件 3
- 4.已补充交接货清单，见附件 4

项目单位名称（盖章）：中原关键金属实验室

项目单位负责人（签字）：

供应商名称（盖章）：河南新知仪器设备有限公司

供应商负责人（签字）：

专家审核签字：

日期：2025 年 2 月 28 日



樊瑞阳  
高斌 陈加福